



Gdańsk, dnia 23.07.2025 r.

Nr rejestru: 10.119.12/2025

L.dz. DOR.4151.92.2025

symbol działalności: AKC

PROTOKÓŁ NR: DJ/113/2025


**z kontroli zarządzanej przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki
przeprowadzonej na podstawie upoważnienia
nr 102/2025 z dnia 17.06.2025 r. w jednostce organizacyjnej
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku,
ul. Długa 75/76, 80-831 Gdańsk**

1. Inspektorzy dozoru jądrowego PAA:

- 1.1. [REDACTED] nr leg. służbowej [REDACTED] - kierujący kontrolą,
- 1.2. [REDACTED] - nr leg. służbowe [REDACTED]

2. Przedmiot i zakres kontroli.

Kontrola zgodności wykonywanej działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące.



z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.

Odpowiedzialny za stan ochrony radiologicznej:

*Czesław Kalinowski - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku
(tel. 58 30 02 360)*

Inspektor Ochrony Radiologicznej:

Decyzja Prezesa PAA Nr [REDACTED]

Eksperti lub biegli biorący udział w kontroli:

nie uczestniczyli



Osoby udzielające informacji oraz składające oświadczenia w toku kontroli:

[redacted] starszy inspektor ds. BHP
[redacted] kierownik [redacted]
[redacted] inspektor ochrony radiologicznej

3. Czynności kontrolne oraz ustalenie stanu faktycznego:

W trakcie kontroli przeprowadzonej w dniach 21-23.07.2025 r. na terenie jednostki organizacyjnej, zgodnie z upoważnieniem do kontroli nr 102/2025 z dnia 17.06.2025 r., dokonano kontroli zgodności wykonywanych działalności związanych z narażeniem na promieniowanie jonizujące na podstawie dwóch zezwoleń Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki: nr [redacted] oraz nr [redacted]. Mobilne urządzenie akceleratorowe do kontroli pojazdów i kontenerów: [redacted] nie jest stosowane. W związku z powyższym kierownik jednostki organizacyjnej wystąpił z wnioskiem do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki o wygaszenie zezwolenia nr [redacted]. Natomiast urządzenie wytwarzające promieniowanie jonizujące - akcelerator [redacted] produkcji [redacted] objęte zezwoleniem nr [redacted] stosowane jest obecnie przez [redacted].

W trakcie kontroli przedłożono dokumenty związane ze stosowaniem urządzenia - akcelerator [redacted].

- Program zapewnienia jakości jest zgodny z wymogami art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1277, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą - Prawo atomowe", zawierający system zarządzania sytuacjami zdarzeń radiacyjnych, o którym mowa w art. 86d ustawy - Prawo atomowe. Zakładowy plan postępowania awaryjnego zgodny z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.05.2021 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych.

- System rejestracji i analizy narażenia przypadkowego, o którym mowa w art. 18a ustawy - Prawo atomowe, który nie zawiera informacji kto dokonuje wpisów w ww. rejestrze oraz czy prowadzony jest on w formie papierowej czy też elektronicznej.

- Aktualny program szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądowego i ochrony radiologicznej oraz członków wewnętrznej ekipy awaryjnej zawierający zagadnienia, o których mowa w art. 11 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo atomowe.

- Program pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy opracowany przez inspektora ochrony radiologicznej i zatwierdzony przez kierownika jednostki organizacyjnej.

- Dokument przedstawiający aktualną listę pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, uwzględniającą zakwalifikowanie wymienionych 7 pracowników do kategorii B narażenia (zgodnie z programem zapewnienia jakości). Wszyscy ww. pracownicy posiadają aktualne orzeczenia lekarskie dopuszczające do wykonywania pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące. Orzeczenia te są wydane przez uprawnionego lekarza. Dla wszystkich pracowników potwierdzono zapis dotyczący dopuszczenia do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące (umieszczony na orzeczeniu lekarskim lub w skierowaniu na badania lekarskie). Dwie z tych osób [redacted] zostali wyznaczeni jako członkowie ekipy awaryjnej. Inspektor Ochrony Radiologicznej nie wykonuje pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące. Wszyscy pracownicy posiadają aktualne uprawnienia A-A operatora akceleratora stosowanego do kontroli pojazdów.

- Potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej zostało przeprowadzone w dniu 18.07.2025 r. Wzięły w nim udział wszystkie osoby

zatrudnione w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.

- Potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia członków ekipy awaryjnej w dniu 26.05.2025 r. oraz przeprowadzenia ćwiczeń okresowych z zakresu planu postępowania awaryjnego z dnia 26.05.2025 r.

- Dokument potwierdzający przeprowadzenie oceny narażenia dla pracowników zakwalifikowanych do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące oraz osób z ogółu ludności za rok 2024, uwzględniający limity użytkowe dawek dla pracowników w narażeniu oraz osób z ogółu ludności. Ocena została przeprowadzana na podstawie wyników kwartalnych pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy oraz dawek indywidualnych otrzymanych przez pracowników.

- Dokumentację potwierdzającą prowadzenie systematycznych czynności kontrolnych, konserwacyjnych i przeglądowych od momentu uzyskania zezwolenia na stosowanie urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące - akceleratora [REDACTED]

- Informację, że kierownik jednostki organizacyjnej występuje do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z wnioskami o informację o otrzymywanych dawkach z Centralnego Rejestru Dawek przed zatrudnieniem nowego pracownika w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.

- Świadectwo wzorcowania nr 1115/2024 z dnia 21.10.2024 r. urządzenia dozymetrycznego [REDACTED]

W dniu 22.07.2025 r. została przeprowadzona wizja lokalna miejsca, w którym jest stosowane urządzenie wytwarzające promieniowanie jonizujące - akcelerator [REDACTED] w trakcie której:

- przeprowadzono pomiary dozymetryczne,

- sprawdzono dokumentację dostępną w sterowni urządzenia, tj.: kopię zezwolenia na wykonywanie działalności w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, plan postępowania awaryjnego, instrukcję obsługi oraz instrukcję pracy z urządzeniem, listę osób upoważnionych do pracy z urządzeniem, książkę serwisową urządzenia oraz listę osób przeszkolonych jako członkowie ekipy awaryjnej,

- zweryfikowano oznaczenie wyznaczonego terenu nadzorowanego oraz zweryfikowano obowiązujące zasady dostępu do terenu nadzorowanego i jego opuszczania przez osoby inne niż pracownicy zatrudnieni na tym terenie.

Wyniki przeprowadzonych pomiarów przedstawiono w poniższej Tabeli:

lp.	punkty pomiarowe	tło ($\mu\text{Sv/h}$)	moc dawki [$\mu\text{Sv/h}$]
1	granica terenu nadzorowanego	[REDACTED]	[REDACTED]
2	w sterowni	[REDACTED]	[REDACTED]

Pomiary mocy dawki wykonano radiometrem [REDACTED]
nr świadectwa wzorcowania [REDACTED]

4. **Informacje o wydanych nakazach i zakazach:** nie wydano.

5. **Zalecenia Inspektora dozoru jądrowego:** pozostawiono bez zaleceń.

6. **Wykaz załączników:**

6.1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

6.2. Wniosek kierownika jednostki organizacyjnej o wygaszenie zezwoleń.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.


Pouczenie:

1. Protokół kontroli podpisuje w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania - kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, a także osoba upoważniona przez kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej do reprezentowania go przy dokonywaniu czynności kontrolnych, jeżeli była obecna przy ich dokonywaniu (art. 67e ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe).
2. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej oraz osoba przez niego upoważniona mogą odmówić podpisania protokołu kontroli. W takim przypadku składają w terminie 5 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli pisemne wyjaśnienie co do przyczyn odmowy jego podpisania (art. 67e ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe).
3. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej może złożyć pisemne zastrzeżenia lub wyjaśnienia co do ustaleń zawartych w protokole kontroli w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu protokołu kontroli, wskazując jednocześnie stosowne wnioski dowodowe (art. 67e ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe). W przypadku złożenia przez kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej zastrzeżeń lub wyjaśnień, o których mowa powyżej proszę o ich przekazanie do Państwowej Agencji Atomistyki w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12.

W dniu r. zostałem pouczone o przysługujących mi prawach i obowiązkach oraz otrzymałem jeden egzemplarz protokołu kontroli.


Do ustaleń zawartych w protokole zastrzeżenia nie wniesiono / wniesiono / zostaną wniesione do dnia r.

KONTROLOWANY:



DYREKTOR
Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku
Czesław Kalmuski
23.07.2025
(data, pieczęć i podpis kierownika
jednostki organizacyjnej lub osoby
przez niego upoważnionej)

KONTROLUJĄCY:

Państwowa Agencja Atomistyki
INSPEKTOR DOZORU JĄDROWEGO



Państwowa Agencja Atomistyki
INSPEKTOR
Dozoru Jądrowego



(pieczęć i podpis inspektora/ów
przeprowadzającego/ych kontrolę)



PAŃSTWOWA
AGENCJA
ATOMISTYKI

UL. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa www.gov.pl/paa
TEL. 22 556 28 00 FAX. 22 621 37 86
E-MAIL. kancelaria@paa.gov.pl

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Państwowej Agencji Atomistyki z siedzibą w Warszawie (00-400) przy ul. Nowy Świat 6/12.
2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: Warszawa (00-400), ul. Nowy Świat 6/12, e-mail: iod@paa.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia kontroli z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz udokumentowania jej wyniku w postaci protokołu (na podstawie art. 63 oraz 66 ust. 1 pkt 6 w zw. z 67e ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. z 2024 r. poz. 1277, z późn. zm.).
4. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom działającym na zlecenie administratora danych, z których usług PAA korzysta przy ich przetwarzaniu, np. podmiotom świadczącym usługi IT w zakresie wsparcia serwisowego oraz innym podmiotom zewnętrznym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa (np. organy kontroli, sądy).
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, jak również żądania ograniczenia przetwarzania w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym zawartym w art. 66 ust. 1 pkt 6 lub 67e ustawy – Prawo atomowe. Niepodanie danych osobowych może zostać uznane za utrudnienie przeprowadzenia czynności kontrolnych co stanowi podstawę do wymierzenia kary, o której mowa w art. 123 ust. 1 pkt 9 ustawy – Prawo atomowe.
9. Podane dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.



PAŃSTWOWA
AGENCJA
ATOMISTYKI

UL. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa www.gov.pl/paa
TEL. 22 556 28 00 FAX. 22 621 37 86
E-MAIL. kancelaria@paa.gov.pl